



# ***Município de Lagoa Formosa***

*Praça Dona Filomena, 02 – Centro - CEP: 38.720-000*

CNPJ: 18.602.078/0001-41

TEL: (34)3824-2000

E-mail: [licitacao@lagoaformosa.mg.gov.br](mailto:licitacao@lagoaformosa.mg.gov.br)

## **Solicitação de Impugnação:**

“Prezados Senhores, temos interesse em participar do Item 9 - Video laringoscópio, no entanto, o Edital cita alguns pontos que são exclusivos de determinadas marcas, e impede a ampla participação de empresas: - tela de 3.5' polegadas, onde a grande maioria dos Videos Laringoscópios do Mercado possuem tela a partir de 2,4 polegadas. - Ser confeccionado em Aço Inox Grau 316. Poderiam incluir também opções de Video Laringoscópio confeccionado em Alumínio, que é o material da maioria dos produtos no Mercado Nacional. - O edital também não cita e nem especifica tipos e quantidades de lâminas que o produto deve acompanhar considerando o seu preço estimado, isso prejudica a IGUALDADE durante a disputa, pois cada fabricante pode considerar uma quantidade específica de acordo com o valor lançado. Espero que estas observações possam ser avaliadas pela equipe e que o processo permita a ampla participação no Certame. Att, VAD MEDICAL COMERCIO LTDA”



# **Município de Lagoa Formosa**

*Praça Dona Filomena, 02 – Centro - CEP: 38.720-000*

CNPJ: 18.602.078/0001-41

TEL: (34) 3824-2000

E-mail: [licitacao@lagoaformosa.mg.gov.br](mailto:licitacao@lagoaformosa.mg.gov.br)

## **RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 037/2021 PROCESSO 102/2021**

O **Município de Lagoa Formosa**, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 072 de 09 de março de 2021, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2021, referente ao registro de preços, de equipamentos médico-hospitalares, em conformidade com as especificações, unidades e quantidades constantes abaixo, deste termo de referência, para atender o hospital municipal Dr. Bininho.

Através de solicitação apresentada pela empresa VAD MEDICAL COMERCIO LTDA, fica retificado a descrição do item 9 localizado na página 26 do edital, foi alterada, onde lia-se "Video Laringoscopia uma câmera 2.0 mega pixels com capacidade anti-embaçante e monitor de alta resolução, possibilitando nítida visão da estrutura da glote. Vista completa giratória Tela de 3.5" giratória nas 4 direções (cima, baixo, direita e esquerda). Monitor de alta resolução Tela colorida e sem brilho. Entrada Micro USB. Botões Principais Liga/desliga; Menu (ajuste de tempo, revisão, imagens e vídeos); Design Ergonômico Cabo antimicrobiano e de firme aderência. Aço inoxidável de grau médico 316 Fácil esterilização em peróxido de hidrogênio, gás de plasma ou líquido de limpeza. Botão de Filmagem Grava todo o processo de intubação. Câmera de 2MP Excelente ótica com anti-embaçante, luz LED e chip CMOS." **agora lê-se:** "VÍDEO Laringoscópio uma câmera 2.0 mega pixels com capacidade anti embaçante e monitor de alta resolução, possibilitando nítida visão da estrutura da glote. Vista completa giratória Tela de no mínimo de 2.5" giratória nas 4 direções (cima, baixo, direita e esquerda). Monitor de alta resolução Tela colorida e sem brilho. Entrada Micro USB. Botões Principais Liga/ desliga; Menu (ajuste de tempo, revisão, imagens e vídeos); Design Ergonômico Cabo antimicrobiano e de firme aderência. Aço inoxidável de grau médico 316 Fácil esterilização em peróxido de hidrogênio, gás de plasma ou líquido de limpeza. Botão de Filmagem Grava todo o processo de intubação. Câmera de 2MP Excelente ótica com anti embaçante, luz LED e chip CMOS. Acompanhado de 03 lamina curvas reutilizáveis no tamanho 03 e 04"

No mais por se tratarem de alterações que afetam diretamente a elaboração das propostas, **fica remarcada a sessão de abertura e julgamento para o dia 25/08/2021, às 08h30min no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).**

Lagoa Formosa, 13 de agosto de 2021.

---

**Luiz Fernando Martins Costa**

Pregoeiro